

Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТ-ТЕСТ-УГОЛЬ»

ООО «Аналит-Тест-Уголь»

Юридический и фактический адрес: Россия, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 13

Аккредитованная испытательная лаборатория

Адрес места осуществления деятельности:

Россия, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 13

тел/факс (391) 252-54-22, e-mail: analit03@yandex.ru

ОГРН 1052448001352, ИНН/КПП 2448009218/244801001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21ТУ46


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
ООО «Аналит-Тест-Уголь»



С.Ф. Волошина

«29» июля 2024 г.



ПРОТОКОЛ № 1904-24 (на 2 листах)

испытаний проб угля

от 29 июля 2024 г.

1. Наименование предприятия заказчика: ООО «Сибирский уголь»

2. Адрес заказчика юридический: 663975, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лощинка, ул. Центральная, д. 4, кв. 1

3. Адрес заказчика фактический: 663975, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лощинка, ул. Центральная, д. 4, кв. 1

Дата поступления образца (пробы) в испытательную лабораторию ООО «Аналит-Тест-Уголь»: 26.07.2024 г.

4. Основание для проведения испытаний: заявка от 25.07.2024 г.

5. Сведения предоставленные заказчиком:

Наименование образца (пробы) испытаний предоставленный заказчиком: 2БОМ

Дата отбора образца (пробы): 26.07.2024 г.

6. Испытания проведены в период: 26.07.2024 г.-27.07.2024 г.

7. Условия проведения испытаний: Температура 22°C, влажность 44 %, атмосферное давление 750 мм рт.ст

8. Результаты испытаний:

Наименование и обозначение показателя, состояние топлива	Единица измерения	Метод испытания для данного показателя, обозначение номера НД	Результаты испытаний образца пробы
Влага общая, W_t^r	%	ГОСТ Р 52911-2020, п. 4.2	30,0
Зольность, сухое состояние, A^d	%	ГОСТ Р 55661-2013	5,5
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, V^{daf}	%	ГОСТ Р 55660-2013	47,1
Содержание серы, сухое состояние, S_t^d	%	ГОСТ 8606-2015	0,24
Высшая теплота сгорания, сухое состояние, Q_s^d	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	6610
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Q_s^{daf}	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	6994
Низшая теплота сгорания рабочее состояние, Q_i^r	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	4280

Исполнитель: лаборант Кириленко А.О.

9. Сведения о средствах измерения и испытательном оборудовании, применяемых при испытании пробы:

Наименование СИ, ИО	Заводской номер	Сведения о поверке СИ и аттестации ИО
Весы электронные, АВ 204-S	1126330627	Свидетельство о поверке № С-АШ/28-06-2024/352321915 от 28.06.2024
Калориметр бомбовый АБК-1В	33245	Свидетельство о поверке № С-АШ/24-06-2024/353843356 от 28.06.2024
Сушильный шкаф 6500G	508N001	Протокол аттестации № 1355 от 28.06.2024
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL -58/350	11600	Протокол аттестации № 1347 от 28.06.2024
Печь муфельная ПРО МЭП 1150-12	502258415 205258417	Протокол аттестации № 1350 от 28.06.2024 Протокол аттестации № 1351 от 28.06.2024
Печь муфельная SNOL 7,2/1100	07473	Протокол аттестации № 1348 от 28.06.2024
Термогигрометр электронный «CENTER» модель 315	190305498	Свидетельство о поверке № С-АШ/17-12-2023/304899396 от 17.12.2023

За результат определения принято среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Результаты испытаний выданы только на представленный образец.

За информацию, предоставленную заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

Воспроизведение данного протокола возможно только с разрешения испытательной лаборатории.

Количество выданных экземпляров: 2. Экз. № 1 хранится в ИЛ, экз. № 2 выдается заказчику.

Конец протокола.

Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТ-ТЕСТ-УГОЛЬ»

ООО «Аналит-Тест-Уголь»

Юридический и фактический адрес: Россия, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 13

Аккредитованная испытательная лаборатория

Адрес места осуществления деятельности:

Россия, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 13

тел/факс (391) 252-54-22, e-mail: analit03@yandex.ru

ОГРН 1052448001352, ИНН/КПП 2448009218/244801001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21ТУ46

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
ООО «Аналит-Тест-Уголь»

 С.Ф. Волошина

«29» июля 2024 г.



ПРОТОКОЛ № 1905-24 (на 2 листах)

испытаний проб угля

от 29 июля 2024 г.

1. Наименование предприятия заказчика: ООО «Сибирский уголь»

2. Адрес заказчика юридический: 663975, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лощинка, ул. Центральная, д. 4, кв. 1

3. Адрес заказчика фактический: 663975, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лощинка, ул. Центральная, д. 4, кв. 1

Дата поступления образца (пробы) в испытательную лабораторию ООО «Аналит-Тест-Уголь»: 26.07.2024 г.

4. Основание для проведения испытаний: заявка от 25.07.2024 г.

5. Сведения предоставленные заказчиком:

Наименование образца (пробы) испытаний предоставленный заказчиком: 2БПКО

Дата отбора образца (пробы): 26.07.2024 г.

6. Испытания проведены в период: 26.07.2024 г.-27.07.2024 г.

7. Условия проведения испытаний: Температура 22°C, влажность 44 %, атмосферное давление 750 мм рт.ст

8. Результаты испытаний:

Наименование и обозначение показателя, состояние топлива	Единица измерения	Метод испытания для данного показателя, обозначение номера НД	Результаты испытаний образца пробы
Влага общая, W^r_b	%	ГОСТ Р 52911-2020, п. 4.2	30,0
Зольность, сухое состояние, A^d	%	ГОСТ Р 55661-2013	5,9
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, V^{daf}	%	ГОСТ Р 55660-2013	47,3
Содержание серы, сухое состояние, S^d_t	%	ГОСТ 8606-2015	0,25
Высшая теплота сгорания, сухое состояние, Q^d_s	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	6564
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Q^{daf}_s	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	6976
Низшая теплота сгорания рабочее состояние, Q^r_i	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	4248

Исполнитель: лаборант Кириленко А.О.

9. Сведения о средствах измерения и испытательном оборудовании, применяемых при испытании пробы:

Наименование СИ, ИО	Заводской номер	Сведения о поверки СИ и аттестации ИО
Весы электронные, АВ 204-S	1126330627	Свидетельство о поверке № С-АШ/28-06-2024/352321915 от 28.06.2024
Калориметр бомбовый АБК-1В	33245	Свидетельство о поверке № С-АШ/24-06-2024/353843356 от 28.06.2024
Сушильный шкаф 6500G	508N001	Протокол аттестации № 1355 от 28.06.2024
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL -58/350	11600	Протокол аттестации № 1347 от 28.06.2024
Печь муфельная ПРО МЭП 1150-12	502258415 205258417	Протокол аттестации № 1350 от 28.06.2024 Протокол аттестации № 1351 от 28.06.2024
Печь муфельная SNOL 7,2/1100	07473	Протокол аттестации № 1348 от 28.06.2024
Термогигрометр электронный «CENTER» модель 315	190305498	Свидетельство о поверке № С-АШ/17-12-2023/304899396 от 17.12.2023

За результат определения принято среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Результаты испытаний выданы только на представленный образец.

За информацию, предоставленную заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

Воспроизведение данного протокола возможно только с разрешения испытательной лаборатории.

Количество выданных экземпляров: 2. Экз. № 1 хранится в ИЛ, экз. № 2 выдается заказчику.

Конец протокола.

Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТ-ТЕСТ-УГОЛЬ»

ООО «Аналит-Тест-Уголь»

Юридический и фактический адрес: Россия, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 13

Аккредитованная испытательная лаборатория


Адрес места осуществления деятельности:

Россия, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 13
тел/факс (391) 252-54-22, e-mail: analit03@yandex.ru
ОГРН 1052448001352, ИНН/КПП 2448009218/244801001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21ТУ46

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
ООО «Аналит-Тест-Уголь»



«29» июля 2024 г.



ПРОТОКОЛ № 1906-24 (на 2 листах)

испытаний проб угля

от 29 июля 2024 г.

1. Наименование предприятия заказчика: ООО «Сибирский уголь»
 2. Адрес заказчика юридический: 663975, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лошинка, ул. Центральная, д. 4, кв. 1
 3. Адрес заказчика фактический: 663975, Красноярский край, Рыбинский район, д. Лошинка, ул. Центральная, д. 4, кв. 1
- Дата поступления образца (пробы) в испытательную лабораторию ООО «Аналит-Тест-Уголь»: 26.07.2024 г.
4. Основание для проведения испытаний: заявка от 25.07.2024 г.
 5. Сведения предоставленные заказчиком:
Наименование образца (пробы) испытаний предоставленный заказчиком: 2БМСШ
Дата отбора образца (пробы): 26.07.2024 г.
 6. Испытания проведены в период: 26.07.2024 г.-27.07.2024 г.
 7. Условия проведения испытаний: Температура 22°C, влажность 44 %, атмосферное давление 750 мм рт.ст
 8. Результаты испытаний:

Наименование и обозначение показателя, состояние топлива	Единица измерения	Метод испытания для данного показателя, обозначение номера НД	Результаты испытаний образца пробы
Влага общая, W_t^r	%	ГОСТ Р 52911-2020, п. 4.2	31,3
Зольность, сухое состояние, A^d	%	ГОСТ Р 55661-2013	6,2
Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, V^{daf}	%	ГОСТ Р 55660-2013	47,6
Содержание серы, сухое состояние, S_t^d	%	ГОСТ 8606-2015	0,42
Высшая теплота сгорания, сухое состояние, Q_s^d	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	6488
Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние, Q_s^{daf}	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	6919
Низшая теплота сгорания рабочее состояние, Q_t^r	ккал/кг	ГОСТ 147-2013	4107

Исполнитель: лаборант Кириленко А.О.

9. Сведения о средствах измерения и испытательном оборудовании, применяемых при испытании пробы:

Наименование СИ, ИО	Заводской номер	Сведения о поверки СИ и аттестации ИО
Весы электронные, АВ 204-S	1126330627	Свидетельство о поверке № С-АШ/28-06-2024/352321915 от 28.06.2024
Калориметр бомбовый АБК-1В	33245	Свидетельство о поверке № С-АШ/24-06-2024/353843356 от 28.06.2024
Сушильный шкаф 6500G	508N001	Протокол аттестации № 1355 от 28.06.2024
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL -58/350	11600	Протокол аттестации № 1347 от 28.06.2024
Печь муфельная ПРО МЭП 1150-12	502258415 205258417	Протокол аттестации № 1350 от 28.06.2024 Протокол аттестации № 1351 от 28.06.2024
Печь муфельная SNOL 7,2/1100	07473	Протокол аттестации № 1348 от 28.06.2024
Термогигрометр электронный «CENTER» модель 315	190305498	Свидетельство о поверке № С-АШ/17-12-2023/304899396 от 17.12.2023

За результат определения принято среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Результаты испытаний выданы только на представленный образец.

За информацию, предоставленную заказчиком, лаборатория ответственности не несет.

Воспроизведение данного протокола возможно только с разрешения испытательной лаборатории.

Количество выданных экземпляров: 2. Экз. № 1 хранится в ИЛ, экз. № 2 выдается заказчику.

Конец протокола.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ KEY0.RU.TY04.H01252/24

Срок действия с 18.03.2024 по 18.03.2027

№ 0007636

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ угля и продуктов его переработки ООО "Кемеровский центр экспертизы угля". Адрес места нахождения: Российская Федерация, 650004, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Большевикская, дом 2, пом. 111. Телефон +7(3842)345542, адрес электронной почты kemsentr@yandex.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ТУ04 от 13.10.2011.

ПРОДУКЦИЯ уголь бурый марки Б, третий, необогащенный, рассортированный, класс крупности 50-300 мм (ЗБК). ГОСТ 32464-2013. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
05.20.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования". код ТН ВЭД ЕАЭС 2702 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Балахтинский филиал Общества с ограниченной ответственностью "Сибуголь" Разрез "Большеусьский" (Балахтинский филиал ООО "Сибуголь" Разрез "Большеусьский"). Юридический адрес: 662354, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Менжинского, дом 12г. Адрес филиала изготовителя: 662354, РОССИЯ, Красноярский край, муниципальный район Балахтинский; сельское поселение Большеусьский сельсовет, село Большие Сыры, улица Ленина, дом 38. ИНН: 2460048358.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью "Сибуголь" (ООО "Сибуголь"). ОГРН 1022401785658, ИНН 2460048358. Юридический адрес: 662354, РОССИЯ, Красноярский край, город Красноярск, улица Менжинского, дом 12г. Телефон +7(39148)25-1-20, адрес электронной почты filial@sibugol.com.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 034-24 от 14.03.2024 Испытательной лаборатории ООО "Аналит - Тест - Уголь", 663972, РОССИЯ, Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул. Полтавская, д. 13, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ТУ46 от 27.08.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата не реже одного раза в год. Схема сертификации



Руководитель органа

Ю.В. Юрташкина
подпись

Л.В. Юрташкина
инициалы, фамилия

Эксперт

А.В. Гаденов
подпись

А.В. Гаденов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Общество с ограниченной ответственностью «АНАЛИТ-ТЕСТ-УГОЛЬ»

ООО «Аналит-Тест-Уголь»

Юридический и фактический адрес: Россия, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка,
ул. Полтавская, 13

Аккредитованная испытательная лаборатория

Адрес места осуществления деятельности:

Россия, 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 13


тел/факс (391) 252-54-22, e-mail: analit03@yandex.ru


ОГРН 1052448001352, ИНН/КПП 2448009218/244801001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.21ТУ46

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
ООО «Аналит-Тест-Уголь»


«14» марта 2024 г.



Протокол испытаний № 034-24 (на 2 листах)

от 14 марта 2024 г.

1. Продукт: Уголь бурый марки Б, третий, необогащенный рассортированный, класс крупности 50-300 мм (ЗБПК)
2. Организация-заказчик на проведение сертификации продукции: ООО «Кемеровский центр экспертизы угля» 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Большевицкая, д. 2
3. Организация – изготовитель: ООО «Сибуголь» разрез «Большесырский», 662354, Россия, Красноярский край, мик. р-н Балахтинский, с.п. Большесырский Сельсовет, с. Большие Сыры, ул. Ленина, 38
4. Дата получения образца для испытаний: 07.03.2024 г.
5. Основания для проведения испытаний: направление на проведение испытаний № 1278 от 06.03.2024 г.
6. Дата испытаний: 07.03.2024 г. – 14.03.2024 г.
7. Дата отбора проб, шифр пробы: 06.03.2024 г.
8. Стандартные методы испытаний (нестандартные методы испытаний, ссылка на методику): ГОСТ Р 52911- 2020, ГОСТ Р 55661-2013, ГОСТ 8858-2013, ГОСТ 8606-2015, ГОСТ Р 55660-2013, ГОСТ 147-2013, ГОСТ 9326-2002, ГОСТ 10478-93
9. Участие субподрядчиков: нет
10. Результаты испытаний приведены в таблице (прилагается): Приложение к протоколу испытаний № 034-24 от 14 марта 2024 г., на 1 странице

Результаты испытаний - Уголь бурый марки Б, третий, необогащенный сортированный, класс крупности 0-50 мм (ЗБПК)

Приложение 1 к Протоколу испытаний № 034-24 от 14.03.2024 г.

№ п/п	Наименование и обозначение показателя, состояние топлива	Единица измерения	Метод испытания для данного показателя, (обозначение МД)	Наименование испытательного оборудования и средств измерений, заводской номер	Результаты испытаний
1.	Общая влага, W_t	%	ГОСТ Р 52911-2020, п. 4.2	Сушильный шкаф, Fisher Scientific Isotemp, Standard Ovens 503 Series, № зав. 0001, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	21,3
2.	Максимальная влагоемкость, $W_{\max}^{at}$	%	ГОСТ 8858-93	Сушильный шкаф, Fisher Scientific Isotemp, Standard Ovens 503 Series, № зав. 0001, Весы электронные АВ204-S, №1126330627, Насос вакуумный мембранный, НВМ-12, № зав. 245	22,2
3.	Зольность, сухое состояние, A^d	%	ГОСТ Р 55661-2013, п. 7.1	Печь муфельная SNOL 7.2/1100 № зав. 07275, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	4,8
4.	Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние, Y^{daf}	%	ГОСТ Р 55660-2013, п. 8.3	Печь муфельная Туре F6000 Furnace, № зав. 1249050886701, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	47,0
5.	Содержание серы, сухое состояние, S^d	%	ГОСТ 8606-2015	Печь муфельная Туре F6000 Furnace, №1249050886701, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	0,29
6.	Теплота сгорания вышая, сухое беззольное состояние, Q_s^{daf}	ккал/кг МДж/кг	ГОСТ 147-2013	Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, № 30033, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	7101 29,8
7.	Теплота сгорания низшая, рабочее состояние, Q_r^r	ккал/кг МДж/кг	ГОСТ 147-2013	Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, № 30033, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	4993 20,9
8.	Вышая теплота сгорания на влажное беззольное состояние, Q_s^{af}	ккал/кг МДж/кг	ГОСТ 27313-2015	Расчетная величина	5525 23,2
9.	Хлор, сухое состояние, Cl^d	%	ГОСТ 9326-2002, п. 3.7.1	Печь муфельная Туре F6000 Furnace №1249050886701, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	0,0027
10.	Мышьяк, сухое состояние, As^d	%	ГОСТ 10478-93, п. 5	Печь муфельная Туре F6000 Furnace №1249050886701, Весы электронные АВ204-S, №1126330627	<0,0005

Начальник ИЛ С.Ф. Волошина

